



单一来源专家论证意见

使用单位	眉山市人民医院			
项目名称	2023年百克钳采购项目			
预算金额	120000			
项目背景	<p>我院妇科在用的高频电外科手术系统：德国爱尔博电外科工作站（型号：VIO300D）。目前在用的两把百克钳手柄和钳芯使用频率高，经反复修复使用，目前都已损坏无法维修导致工作站无法使用，相关妇科手术无法开展。现在需要采购与之配套的百克钳手柄和钳芯。德国爱尔博电外科工作站医疗器械注册证使用范围中明确说明"用于手术中对人体组织进行切割与止血，与爱尔博百克钳安速刀配合用于不超过7mm的动脉血管、静脉血管及淋巴管"，所以百克钳需配套主机使用，必须与主机同一品牌才能满足要求。且四川朗博雅医学科技有限公司是德国爱尔博公司授权的在眉山市人民医院的唯一代理商。现拟采取单一来源方式采购。</p>			
专家论证意见一	<p>百克钳是德国爱尔博电外科工作站的配套设备，用于手术中对人体组织进行切割与止血，与爱尔博百克钳安速刀配合用于不超过7mm的动脉血管、静脉血管及淋巴管，所以百克钳需配套主机使用，必须与主机同一品牌才能满足要求。建议采用单一来源采购。</p>			
	论证专家姓名	郭 清	职称	工程师
	论证专家单位部门	医学工程科		



<p>专家论证意见二</p>	<p>本次项目采购的百克钳属于德国爱尔博电外科工作站（型号V70300D）所需配件为专用，其他品牌不能配套使用，建议采用同一系统地进行采购。</p>			
	<p>论证专家姓名</p>	<p>刘学贵</p>	<p>职称</p>	<p>副主任医师</p>
	<p>论证专家单位部门</p>	<p>眉山市人民医院</p>		
<p>专家论证意见三</p>	<p>我科长期使用百克钳爱尔博电外科工作站进行如甲状腺手术，目前使用的百克钳损坏严重，需购买新的百克钳与德国爱尔博工作站匹配，其它品牌不能与之匹配，建议采用同一来源采购。</p>			
	<p>论证专家姓名</p>	<p>袁军</p>	<p>职称</p>	<p>主任医师</p>
	<p>论证专家单位部门</p>	<p>眉山市人民医院</p>		

2023年11月15日